

**ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคากลาง
จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. ความต้องการ

เพื่อให้การบริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการสลายนิ่วมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการให้บริการผู้ป่วย

๒. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องมือสำหรับใช้ในการรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบ (Urinary Calculi) ชนิดใช้ภายนอกร่างกายโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยคลื่นกระแทกของพลัง Shock Wave จากภายนอกร่างกายโดยใช้เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์เอ็มในการค้นหาตำแหน่งก้อนนิ่ว

๓. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสลายนิ่ว

๓.๑ ส่วนกำเนิดคลื่นช็อกเป็นแบบ Electromagnetic Shock wave โดยพลังงานคลื่นช็อกจะผ่านทาง เบาะน้ำ (Water Cushion) และตัวผู้ป่วย ไปกระแทกก้อนนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะให้เกิดรอยร้าวและแตก เพื่อให้หลุดไหลลงกับน้ำปัสสาวะ โดยไม่ต้องผ่าตัด

๓.๒ ส่วนค้นหานิ่ว (Locating system) มีระบบเอกซเรย์ X-ray Fluoroscopy ในการหาตำแหน่งนิ่วและ ติดตามผลการสลายนิ่วได้ตลอดเวลาที่ทำการรักษา หรืออัลตราซาวด์ (Ultrasound) ในการหาตำแหน่งก้อนนิ่ว

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ เครื่องสลายนิ่ว (Lithotripsy Unit)

๔.๑.๑ ชุดกำเนิดพลังงานคลื่นช็อก (Shock Wave Generation) จะส่งพลังงานคลื่นช็อกผ่านทาง เบาะน้ำ (Water Cushion) และตัวผู้ป่วยไปกระแทกก้อนนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะให้เกิดรอยร้าวและแตก เพื่อให้หลุดไหลลงกับน้ำปัสสาวะ

๔.๑.๒ ชุดหัวยิงเป็นแบบ Electromagnetic Shockwave technology C plus และหัวยิงอยู่ใน ตำแหน่งด้านล่างของเตียง,ข้างเตียง

๔.๑.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชุดหัวยิง (Focal width) ขนาดไม่เกิน ๑๒.๕ มม.

๔.๑.๔ ตำแหน่งของชุดหัวยิงเอียงทำมุม (Aperture angle) ไม่น้อยกว่า ๔๘ องศา กับแนวระดับ

๔.๑.๕ มีระยะโฟกัสจากหัวยิงถึงจุดยิง (Penetration depth) สูงสุดไม่เกิน ๑๔๐ ซม.

๔.๑.๖ สามารถปรับระดับพลังงานคลื่นช็อก (Energy adjustable) ให้เพิ่ม/ลดได้ละเอียดสูงสุด ๓๘ step เพื่อกำหนดค่าพลังงานของคลื่นช็อกได้เหมาะสมกับชนิดนิ่ว



นายจิปไต่ย ยอดปლობ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ



นางสาวคนธ์ อาชาโนยวิเศษพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ



นางสาววนิชา ลิมศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ

- ๔.๑.๗ ความหนาแน่นของอัตราการไหลของพลังงานระหว่าง ๐.๗-๑.๑๓ mJ/mm
- ๔.๑.๘ พลังงานรวม (Shock wave energy) ตั้งแต่ ๑๒. mJ ถึง ๑๑๓ mJ
- ๔.๑.๙ มี Focal pressure ตั้งแต่ ๑๑.๑ MPa ถึง ๕๙ MPa
- ๔.๑.๑๐ มี Focal spot size ขนาด ๖ มม. x ๘๐ มม.
- ๔.๑.๑๑ ระดับพลังงานคลื่นช็อก สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ในขณะที่ยิงนิ้ว สามารถเลือกความถี่ในการยิงได้ โดยตั้งความถี่แบบคงที่ หรือแบบตามสัญญาณ ECG
- ๔.๑.๑๒ ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการสลายนิ้ว เมื่อมีการตรวจดูตำแหน่งนิ้ว ทั้ง Fluoroscopy และหรือจากอัลตราซาวด์ และขณะเคลื่อนที่ตัวซีอาร์ม
- ๔.๑.๑๓ สามารถควบคุมแรงดันและแสดงระดับแรงดันน้ำในเบาะน้ำ (Water Cushion) เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของผู้ป่วย ทั้งนี้ให้มีสัญลักษณ์แสดงระดับปรากฏที่หน้าปัดแสดงผลของชุดอุปกรณ์ควบคุมการสลายนิ้ว
- ๔.๑.๑๔ ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์
- ๔.๒ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการสลายนิ้วมีความสะดวกในการใช้งานโดยใน ๑ ชุด มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
- ๔.๒.๑ สามารถควบคุมการยิงและแสดงจำนวนครั้งของแต่ละการสลายนิ้วได้
- ๔.๒.๒ สามารถควบคุมแรงดันและแสดงระดับแรงดันน้ำในเบาะน้ำได้
- ๔.๒.๓ สามารถแสดงพลังงานรวมที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับหลังเสร็จสิ้นการรักษา
- ๔.๒.๔ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเตียงได้
- ๔.๓ เตียงผู้ป่วยสำหรับสลายนิ้ว
- ๔.๓.๑ ทำด้วยวัสดุอย่างดี ตัวโครงทำด้วยโลหะแข็งไม่เป็นสนิม ด้านบนมีเบาะหุ้ม เป็นเตียงที่ออกแบบพิเศษเฉพาะกับการทำ extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL), endourological และ percutaneous interventions มีล้อเซ็นเคลื่อนที่พร้อมระบบล็อกล้อ
- ๔.๓.๒ พื้นเตียงทำจากวัสดุอย่างดีโปร่งแสงเอกซเรย์ในตำแหน่งของการทานิ้ว
- ๔.๓.๓ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องฟลูโรสโคปี (Fluoroscopy) เพื่อหาตำแหน่งของก้อนนิ้วได้
- ๔.๓.๔ เป็นอุปกรณ์แยกอิสระจากเครื่องสลายนิ้ว
- ๔.๓.๕ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม
- ๔.๓.๖ ระบบของเตียงเครื่องสลายนิ้ว สามารถใช้เป็นเตียงเพื่อให้แพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีอื่นๆ ได้อาทิ เช่น lithotripsy และ End urological เป็นต้น
- ๔.๔ ระบบการค้นหาตำแหน่งของก้อนนิ้วด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (Mobile C-Arm X-Ray Unit) ชุดกำเนิดเอกซเรย์ (X-Ray Generation) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (Mobile C-Arm X-Ray Unit)



นายธิปไตย ยอดปลอบ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ



นางสาวคนธ์ อาชาไนยวิเศษพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ



นางสาววนิชา ลิมศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ

๔.๔.๑ กำเนิดเอกซเรย์ (X-Ray Generator)

๔.๔.๑.๑ เป็นชนิดความถี่สูง (High Frequency) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

๔.๔.๑.๒ สามารถปรับตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ตั้งแต่ ๔๐-๑๑๐ kv

๔.๔.๑.๓ สามารถปรับค่ากระแสไฟฟ้าได้สูงสุด ๒๔ mA

๔.๔.๑.๔ สามารถปรับค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับการทำ Fluoroscopy Mode ได้ ๓๒๔ mA

๔.๔.๑.๕ หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube) และเครื่องปรับขนาดของลำรังสีเอกซเรย์ (X-Ray

Beam Collimator) เป็นหลอดชนิด Stationary Anode

๔.๔.๑.๖ Focal Spot มีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม.

๔.๔.๑.๗ มีระบบการปรับลำแสงเอกซเรย์เป็นแบบ Iris Collimation

๔.๔.๒ ชุดรับและขยายความสว่างของภาพ (Image Intensifier) และชุดกล้องรับสัญญาณภาพ (TV Camera)

๔.๔.๓ ชุดรับและขยายความสว่างของภาพเอกซเรย์ (Image Intensifier) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ นิ้ว

๔.๔.๔ สามารถปรับเลื่อนตามแนวโค้งของแขนซีอาร์ม (Orbital Movement) ได้ ๑๓๐ องศา หรือในช่วง -๔๐ องศา ถึง +๕๐ องศา หรือกว้างกว่า

๔.๔.๕ สามารถหมุนเอียงทำมุมเอียง (Angulation) ได้ ± ๑๕๐ องศา

๔.๔.๖ สามารถหมุนสายทางซ้ายและขวา (Swivel Range) ได้ ± ๑๒ องศา

๔.๔.๗ สามารถเลื่อนเข้าออกตามแนวนอน (Horizontal Movement) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.

๔.๔.๘ สามารถปรับระดับสูงต่ำในแนวตั้ง (vertical movement) ได้ไม่น้อยกว่า ๔๒ ซม.

๔.๔.๑๐ วงซีอาร์มมีความลึก ๗๘ ซม. ซึ่งมีระยะทางระหว่างจุดกำเนิดเอกซเรย์ไปยังชุดรับและขยายความสว่างของภาพ ๑๐๐ ซม.

๔.๔.๑๑ ระบบเก็บบันทึกและจอภาพ (Digital Image Storage and TV Monitor) สามารถแสดงค่าต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ kV, mAs, Fluoroscopy Time

๔.๔.๑๑.๑ จอภาพชนิด High Resolution แบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๒ จอ

๔.๔.๑๑.๒ สามารถเก็บข้อมูลภาพ (Image Memory) ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ภาพ

๔.๔.๑๑.๓ สามารถเก็บภาพสุดท้ายให้ค้างบนจอภาพ (Last Image Hold : LIH) ได้


นายจิตไทย์ ยอดพลอบ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ


นางเสาวคนธ์ อาชาโนยวิเศษพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ


นางสาววณิชา ลิ้มศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ

๕. อุปกรณ์เพิ่มเติม

๕.๑ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (ECG Monitor) และ BP Monitor	จำนวน ๑ ชุด
๕.๒ ฉากตะกั่ว	จำนวน ๒ ฉาก
๕.๓ เสื้อตะกั่วพร้อม Thyroid Shield	อย่างละ ๓ ชุด

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

๖.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมต้องเป็นของแท้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๖.๒ มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ของผู้จำหน่ายแสดงชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการนำเข้าจากคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.) และมีใบตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เป็นอย่างน้อยในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ ให้บริการเช่าเครื่องสลายนิว และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ระบบการปฏิบัติการงานต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการให้บริการงานเช่าเครื่องเครื่องสลายนิว และเครื่องมืออื่นๆรวมถึงการบริหารจัดการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิว และเครื่องมือแพทย์อื่นๆด้วย

๖.๕ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเตรียมการตกแต่งสถานที่ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานมาตรฐานสากล เช่นการใช้วัสดุดูดซับเสียงรอบห้องเพื่อให้ระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานและต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยตามสมควร

๖.๖ ผู้รับจ้างในกรณีที่เครื่องชำรุดหรือสึกหรอผู้จำหน่ายต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ถ้าหากไม่สามารถซ่อมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จำหน่ายจะต้องนำเครื่องสลายนิวอื่นมาทดแทนให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ทันทั่วทั้งที่และค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

๖.๗ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯทุกรายที่แพทย์สั่งให้ตรวจ

๖.๘ ผู้รับจ้างจะทำการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีไข้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลระนอง หรือผู้ป่วยที่แพทย์ของโรงพยาบาลระนอง ไม่ได้สั่งให้ตรวจไม่ได้

๖.๙ ในการตรวจรักษาผู้รับจ้างต้องยินยอมให้โรงพยาบาลฯตรวจสอบการทำงานผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา

๖.๑๐ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่อื่นของโรงพยาบาลระนอง เข้าศึกษาดูการรักษาค่าได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ต้องมีการประสานกันล่วงหน้าก่อนตามความเหมาะสม

๖.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัดและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยให้ผู้อื่นผู้ใดทราบโดยมิได้รับการยินยอมจากแพทย์ผู้ส่งตรวจหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

 นายฉิปโตย ยอดปลอบ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

 นางสาวคนธ์ อาชาโนยวิเศษพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

 นางสาววนิษา ลิ่มศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ

๖.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจรักษาตามวันเวลา จำนวนผู้ป่วยที่กำหนดร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล กับผู้ให้เช่า และ/หรือตามคำสั่งจ้างของโรงพยาบาลระนอง เว้นแต่วันที่กำหนดอาจเลื่อนไปเพราะเหตุขัดข้อง ของโรงพยาบาล

๖.๑๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเกี่ยวกับการตรวจรักษาอย่างเพียงพอและ พร้อมใช้งาน

๖.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง วัสดุและเครื่องอุปกรณ์ในการให้บริการ สลายนิวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องมีอะไหล่สำรองเพียงพอ

๖.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ

๖.๑๖ บุคลากรของผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและแบบแผน ของโรงพยาบาล และต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล

๖.๑๗ การให้บริการสลายนิวกับผู้ป่วยรายเดิม ตำแหน่งนิวเดิม ผู้รับจ้างจะคิดค่าบริการเหมาจ่าย ในครั้งแรกครั้งเดียวในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่การให้บริการครั้งแรกของผู้ป่วย

๖.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องมี Software ระบบ Treatment Billing and Information System เพื่อรวบรวม จำนวนผู้ป่วยและรายงานการรักษาของผู้ป่วย โดยมีเลขประจำตัวผู้ป่วย และทำการรายงานผล ออกจาก Software ระบบ Treatment Billing and Information System

๖.๑๙ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ ผู้รับจ้างแนบรายงานการรักษา (Treatment Sheet) ของผู้ป่วยแต่ละราย ส่งให้แพทย์เพื่อเป็นประวัติการตรวจต่อไป

๖.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องทำการไม่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการให้บริการ สลายนิวในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างเว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

๖.๒๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีประสบการณ์ในด้านการให้บริการสลายนิวมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยมีเอกสารและ หนังสือรับรองผลงานมาพร้อมกับหลักฐานการเสนอราคา

๖.๒๒ ผู้รับจ้างมีหลักฐานว่ามีช่างวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถซ่อมเครื่องได้ โดยมีหนังสือยื่นมาพร้อมกับหลักฐานการเสนอราคา

๖.๒๓ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติงานในการสลายนิวอย่างน้อยจำนวน ๑ ท่าน

๖.๒๔ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามการสลายนิวเฉพาะคนไข้ที่แพทย์สั่งที่ได้ผลการตรวจ ให้คำวินิจฉัยและ ดำเนินการตามมาตรฐานของวิชาชีพแล้ว โดยต้องมีแพทย์เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาตลอดการให้บริการใน แต่ละครั้ง



นายธิปไตย ยอดพลอบ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ



นางเสาวคนธ์ อาชาไนยวิเศษวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ



นางสาววนิษา ลิมศิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

และเลขานุการ